




Messort	Schulhaus Hofacker Breitestrasse 5 8545 Rickenbach Sulz
Datum / Zeit	19.07.2012 / 13:33 bis 14:03
Messgerät	Narda SRM 3006
Bild und Karte	 
Ergebnis	Elektromagnetisches Gesamtfeld (maximaler 6-Minuten-Mittelwert): 0.12 V/m. Dies entspricht 2.4 % des Vorsorgegrenzwertes.
Diagramm	<p style="text-align: center;">Feldstärkemessung Schulhaus Hofacker</p> <p style="text-align: center;">Vorsorgegrenzwert gemischter Mobilfunk: 5 V/m</p>  <p style="text-align: center;">Maximaler 6-Minuten-Mittelwert</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Übrige Funkanwendungen ■ Radio, Fernsehen ■ Handy, DECT, W-LAN ■ Basisstationen Mobilfunk
Beurteilung	Der Vorsorgegrenzwert für gemischten Mobilfunk von 5 V/m wird deutlich eingehalten.